


Laboratuvarımızın karar kuralı politikası şu şekildedir;

Laboratuvarımız Basit Karar Kuralını kullanmaktadır. Müşteri ile yapılan Test Talep Formunda bu hususta müşteri ile mutabık kalınarak anlaşma sağlanmıştır. Deney sonuçları ölçüm belirsizliği ve güven düzeyi değerlendirilmeden doğrudan raporlanmaktadır. Müşteri tarafından Basit Karar Kuralının kabul edilmemesi durumunda müşteri ile yazılı olarak uygulanacak karar kuralı ile ilgili mutabık kalınır.

1.1.1. Basit Karar Kuralı- Belirsizlik Dahil Edilmeden Uygunluk Değerlendirmesi

Ürün veya test metodu, laboratuvar raporunda uygunluk bildirimi zorunlu kılar, ancak ilgili standartlarda veya mevzuatta uygunluğun değerlendirilmesinde, güven düzeyinin ve ölçme belirsizliğinin etkilerine ilişkin herhangi bir bilgi yok ise, laboratuvar güven düzeyi ve ölçüm belirsizliğini göz önünde bulundurmaksızın elde edilen test sonucunun, yalnızca belirtilmiş sınırlar içinde olup olmadığını uygun veya uygun değildir şeklinde değerlendirmesini yapabilir.



Şekil 1. Ölçüm belirsizliği dahil edilmeden, belirli bir spesifikasyona (limite ya da aralığa) göre uygunluk

Bu kural genellikle paylaşılan risk olarak adlandırılır, çünkü son kullanıcı bazı riskler alır;

Şöyle ki, üzerinde anlaşmaya varılan bir ölçüm yöntemiyle test edildikten sonra ürün/numune yasal mevzuata veya spesifikasyona uygun olmayabilir. Bu durumda, üzerinde anlaşmaya varılan ölçüm yönteminin belirsizliğinin kabul edilebilir olduğu yönünde üstü kapalı bir varsayım bulunmaktadır.

(ISO 98-4:2012 Madde 8.2 Decision rule on Simple acceptance, TÜRKAK Karar Kuralı Kılavuzu 3.madde c bendi). Değerlendirmenin bu şekilde yapılması durumunda analiz raporunda; “Basit Karar Kuralı Uygulanmıştır.” ibaresi rapora eklenir.